

2017年6月 発行

ノーリフト委員会 委員長 二見哲夫

作成担当：2階病棟

ニュース速報 No.3


～戸畑けんわ病院～

# ノーリフトニュース!

リフトのリコスケール（体重計）の電池交換時にリードが切れ使用できなくなった事例が上がっています。



リコスケール



このコードが切断されていました

電池交換時は自分で行わず、必ず設備にリコスケールごと持参し交換依頼して下さい!!

※患者様を移乗させる際の転落事故を起こさないよう

ストレッチャー⇔ベッド移乗は一人で絶対に行わないこと!!

